

MRI検査に関する問診票

問診日:20 年 月 日

安全に検査を受けていただくために、以下の質問について正確にご回答いただきますようお願いいたします。

【確認項目】		
心臓ペースメーカー 脳脊髄刺激電極 インスリンポンプ 磁石式人工肛門 人工内耳 スワングッツカテーテル 金属製義眼 スキンスティプレー 圧可変式バルブシャント 置き針 内視鏡用クリップ インスリンポンプ 持続グルコース測定器	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり(検査不可)	検査を受けることはできません。
妊娠の可能性		胎児に対する安全性は確立されていません。

以下、「あり」について【特記事項】を確認の上、検査可能

【確認項目】	なし	あり	【特記事項】
人工心臓弁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1970年以前のStarr Edwards型の人工心臓弁(金属製の弁)は禁忌。
脳動脈クリップ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	素材を確認(手術時期____年____月頃)。(チタン製であると判明していれば検査可能)
ステント	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	手術時期を確認(手術時期____年____月頃)。(術後1ヶ月以上経過していれば検査可能)
医療用金属	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MRI対応の場合、検査可能です。
その他体内金属・異物	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MRI非対応、素材不明な場合、金属片が発熱し火傷を負う可能性があります。
入れ歯、歯科インプラント、歯列矯正	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	取り外し可能なものは、取り外して検査を行います。素材により、金属部が発熱することがあります。
刺青、アートメイク	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	染料に金属が含まれている場合、金属が発熱し火傷や絵が崩れる可能性があります。
ヘアパウダー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MRI装置の故障に繋がるので当日はお控え下さい。
閉所恐怖症	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	約60cmの円筒状の中に全身が入るため圧迫感があります。
経皮吸収型貼付薬	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本用紙、裏面を確認。
体重	_____kg (検査情報として体重入力が必要となります。)		
備考	[_____]		

※金属がある部分を撮影すると、画像に影響する場合があります。

※MRI対応・非対応、素材等が不明な場合は施術を受けた施設にご確認ください。

※化粧品は検査時に火傷などを引き起こす危険性がありますので、当日は出来るだけ化粧をお控え下さい。

『あり』の項目についても確認しました。問題ありませんので検査を実施します。

確認医師: _____

検査当日確認

確認項目	
化粧	アイシャドー・アイラインなど
金属類	補聴器、コンタクトレンズ、義歯、眼鏡、ヘアピース(ウィッグ・ヘアパウダー)、ヘアピン、時計 アクセサリ、鍵 など
磁気カード	クレジットカード、キャッシュカード、診察券 など
その他	金属付下着、シップ、エレキバン、カイロ、身体補助具、心電図用電極 など
	経皮吸収型貼付薬(下記参照) ※貼付薬を剥がす際は、確認してから剥がす事。
<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	

確認技師: _____

MRI 検査時に注意すべき経皮吸収型貼付薬

分類	商品名	成分名	メーカー	検査時に火傷を引き起こすおそれ	検査時の貼付に関する製薬メーカーの見解	再貼付
パーキンソン病治療薬	ニュープロパッチ	ロチゴチン	大塚	あり	[添付文章より] MRI 検査を実施する前は本剤を除去すること(本剤貼付部分に火傷を引き起こす恐れがある)	×
禁煙補助薬	ニコチネル TTS	ニコチン	GSK	あり		△
持続性疼痛治療薬	ノルspanテープ	ブプレノルフィン	久光製薬	あり		×
狭心症治療薬	ニトロダーム TTS	ニトログリセリン	田辺三菱	あり		×
	ミリステープ		日本化薬	なし	検査可能と考えられる	△
	フランドルテープ	硝酸イソソルビド	トーアエイヨー	なし	検査可能	○
	硝酸イソソルビドテープ		EMEC	なし	検査可能	△
抗認知症薬	リバスタッチ	リバスチグミン	小野薬品	なし	検査可能	×
	イクセロンパッチ		ノバルティス	なし	検査可能	×
β 1 遮断薬	ビソノテープ	ビソプロロール	トーアエイヨー	なし	検査可能	△
気管支拡張薬	ホクナリンテープ	ツロブテロール	マイラン	なし	剥離については施設判断	×
	ツロブテロールテープ		EMEC	なし	検査可能	△
持続性疼痛治療薬	フェントステープ	フェンタニル	久光製薬	なし	剥がすことを推奨	×
	デュロテップ MT パッチ		ヤンセンファーマ	なし	検査可能	×
	ワンデュロパッチ			なし	検査可能	×
エストラジオール製剤	エストラーナテープ	エストラジオール	久光製薬	なし	剥がすことを推奨	×

再貼付: △・・・粘着力あれば貼付可